



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ADQUISICIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
010/2022

"SUSTANCIAS Y REACTIVOS QUÍMICOS"

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 13:00 trece horas del día 06 seis de julio de 2022 en la Sala de Juntas de la Secretaría Administrativa, en planta baja de la Unidad Administrativa Universitaria, ubicada en Cordillera de los Alpes, Esquina Villa de la Paz, Colonia Villas del Pedregal, C.P. 78218, En San Luis Potosí, S.L.P., México. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme al Decreto N° 53, de fecha 10 de diciembre de 1949, expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a través del Comité Institucional de Adquisiciones; y en cumplimiento de las disposiciones que establecen los artículos 71, 72 y 74 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; 1, 2 Fracción III, 3 y 8 del Reglamento de Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se reunieron para la Junta de Aclaraciones de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 010/2022, para la adquisición de "SUSTANCIAS Y REACTIVOS QUÍMICOS"; por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí: C.P.C. y Lic. Ma. del Carmen Aranda Manteca, Secretaria Administrativa; Lic. Omar Leopoldo Guajardo Menchaca, Representante de la Contraloría General, Mtro. Gerardo Castañón Nieto, Representante de la Secretaría General, M.A. Pedro Jurado Hernández, Jefe del Departamento de Adquisiciones y Lic. Ana Luisa Moncada González, Jefe del Departamento de Legalidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

El M.A. Pedro Jurado Hernández menciona que de acuerdo a lo establecido en las Bases de la Licitación, se emiten aclaraciones y se responden las preguntas presentadas en tiempo y forma por los proveedores debidamente inscritos en el presente procedimiento:

ACLARACIONES:

Se acepta el envío por paquetería, por cuenta y riesgo del licitante, sin ninguna responsabilidad para la Institución, se recibirán a más tardar las 10:00 diez horas del día 13 trece de julio de 2022, en atención a M.A. Pedro Jurado Hernández, Jefe del Departamento de Adquisiciones, a la dirección de la Secretaría Administrativa, en planta baja de Unidad Administrativa Universitaria, Cordillera de los Alpes, esquina Villa de la Paz, Colonia Villas del Pedregal, C.P. 78218, San Luis Potosí, S.L.P.

En la dirección señalada para el acto de apertura no se recibirá ninguna propuesta por paquetería ni de manera presencial en horario distinto al señalado en el punto 3.1.2 de la convocatoria.

En relación al punto 5.2.1 SOBRE N° DOS relativo a propuesta técnica, de la Convocatoria; los catálogos o imágenes deberán estar plenamente identificados con la denominación social o nombre de la persona física y marcados con el número exacto de la partida.

PREGUNTAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS:

1.- Pregunta No. 1:

¿Acepta el envío de la propuesta legal, técnica y económica por paquetería interna de la empresa un día antes de la apertura de propuestas?

R= Se acepta el envío por paquetería, por cuenta y riesgo del licitante, sin ninguna responsabilidad para la Institución, se recibirán a más tardar las 10:00 diez horas del día 13 trece de julio de 2022, en atención a M.A. Pedro Jurado Hernández, Jefe del Departamento de Adquisiciones, a la dirección de la Secretaría Administrativa, en planta baja de Unidad Administrativa Universitaria, Cordillera de los Alpes, esquina Villa de la Paz, Colonia Villas del Pedregal, C.P. 78218, San Luis Potosí, S.L.P.

En la dirección señalada para el acto de apertura no se recibirá ninguna propuesta por paquetería ni de manera presencial en horario distinto al señalado en el punto 3.1.2 de la convocatoria.

2.- Pregunta No. 2:

Punto 5.2.1. Numeral 3.

Debido al tiempo reducido para la presentación de la licitación. ¿Acepta documento escaneado de las cartas que extiende el fabricante a distribuidores autorizados o exclusivos de sus marcas y cartas independientes en hojas membretadas de la empresa donde se indique la garantía?

R=Se acepta la entrega de impresión a color o fotocopia de la carta y se requiere que en la fecha y hora fijada para la firma del contrato, entreguen la original ante el Departamento de Legalidad.

3.- Pregunta No 3:

Actualmente hemos realizado el proceso de renovación en el padrón de proveedores; sin embargo, se cambiarán las tarjetas y hologramas. ¿Podemos presentar la anterior tarjeta con el holograma aún vigente y un oficio donde se indique el nuevo número de proveedor asignado?

R= Los hologramas que tienen los proveedores que tramitaron hasta el día de hoy, su registro ante el Padrón de Proveedores, tienen un holograma con vigencia a agosto de 2021, por lo que, están vigentes, en agosto se hará el cambio procedente. Los licitantes, en caso de que se encuentren inscritos en el Padrón Único de Proveedores deberán presentar en su sobre de propuesta Legal y Administrativa carta en la que informen su número de registro, lo cual será validado ante el Departamento de Legalidad de la UASLP.

 2



4.- Referente a la fianza de garantía y en caso de que mi representada sea adjudicada por menos de 80 mil pesos es posible omitir esta fianza?

R= No se acepta, se requiere póliza de fianza de cumplimiento expedida por Institución Afianzadora legalmente constituida, por cualquier cantidad que resultaren adjudicados los licitantes.

5.- Punto 5.2.1, Inciso 3. Sobre de propuesta técnica, Carta del fabricante en donde se especifique que es distribuidor autorizado para la venta y soporte de sus productos, indicando las condiciones de sus garantías y trámites necesarios para su exigibilidad. Debido al tiempo reducido para la presentación del concurso ¿Aceptarían documento escaneado de las cartas que nos extienden los fabricantes como distribuidores autorizados de sus marcas y cartas independientes en hoja membretada de la empresa donde se indiquen la garantía y existencia de refacciones?

R=Se acepta la entrega de impresión a color o fotocopia de la carta y se requiere que en la fecha y hora fijada para la firma del contrato, entreguen la original ante el Departamento de Legalidad.

6.- Punto 5.2.1, Inciso 3. ¿La carta del fabricante o distribuidor, deberá tener algún formato en específico, o es de formato libre?

R= Formato libre.

7.- Anexo 1. De acuerdo con los indicado en bases sólo se aceptarán sustancias y reactivos químicos que cumplan con las características mínimas solicitadas en el Anexo 1, se debe entender que esto es independiente de la marca, y podremos ofertar en la marca y modelo que manejamos, siempre y cuando cumpla con lo mínimo solicitado ¿es esto correcto?

R= Es correcta su apreciación.

PREGUNTAS TÉCNICAS:

1.- REQ. 961 - Partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Solicitamos al convocante que al momento de pedir sus productos lo haga en base a cantidad no a gramaje de la presentación que requiere, ya que ofertaremos la presentación solicitada, pero se queda la cantidad de gramos que pide y eso infla la propuesta, por lo tanto solicitamos ofertar en base a las piezas que piden y no a los gramos ¿Será que puede ser aceptado?

R= Siempre y cuando la presentación corresponda al volumen o gramaje solicitado de origen si se acepta.

2.- REQ. 962 – Partidas- 55, 56, 57, 58, 62, 63, 65.

Solicitamos al convocante que al momento de pedir sus productos lo haga en base a cantidad no a gramaje de la presentación que requiere, ya que ofertaremos la presentación solicitada, pero se queda la cantidad de gramos que pide y eso infla la propuesta, por lo tanto solicitamos ofertar en base a las piezas que piden y no a los gramos. ¿Será que puede ser aceptado?.

R= Siempre y cuando la presentación corresponda al volumen o gramaje solicitado de origen si se acepta.

3.- REQ. 962 – Partida: 76.

¿Qué diámetro está requiriendo?

R= 12.5 cm

4.- REQ. 941 – Partidas: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118.

Solicitamos al convocante que al momento de pedir sus productos lo haga en base a cantidad no a gramaje de la presentación que requiere, ya que ofertaremos la presentación solicitada, pero se queda la cantidad de gramos que pide y eso infla la propuesta, por lo tanto solicitamos ofertar en base a las piezas que piden y no a los gramos ¿Será que puede ser aceptado?

R= Siempre y cuando la presentación corresponda al volumen o gramaje solicitado de origen si se acepta.

5.- REQ. 942 – Partida: 164

¿Podría por favor la convocante indicarnos de que volumen requiere las puntas?

R= .5 a 10 microlitros.

6.- Partida: 167 - ¿De que volumen ocupa los viales, me puede indicar el modelo del equipo para el cual requiere dichos viales?

R= Son tubos capilares para punto de fusión de 1.5-1.8 x 90mm

7.- REQ. 944 – Partidas: 193, 194, 195.

Solicitamos al convocante que al momento de pedir sus productos lo haga en base a cantidad no a gramaje de la presentación que requiere, ya que ofertaremos la presentación solicitada, pero se queda la cantidad de gramos que pide y eso infla la propuesta, por lo tanto solicitamos ofertar en base a las piezas que piden y no a los gramos. ¿Será que puede ser aceptado?

R= Siempre y cuando la presentación corresponda al volumen o gramaje solicitado de origen si se acepta.

8.- Partida 196: ¿De qué volumen se requiere el frasco?

R= 1 litro.

9.- REQ. 949 – Partida: 284

¿De qué volumen se requiere la probeta?

R= 500ml.

10.- Partida 295: ¿De qué volumen se requiere el matraz?

R= 1lt.

11.- REQ. 951 – Partida – 371

¿De qué volumen ocupa el frasco?

R= 120 ml.

12.- REQ. 953 – Partida -669

¿Qué diámetro y volumen ocupa el mortero, también lo quiere con pistilo?

R= Diámetro interno de 11cm y un volumen de 250 ml, se requiere pistilo.

13.- Partida – 671

¿De qué volumen ocupa el dispensador?, ¿Qué tipo de solventes va a utilizar?

R= 1 litro, utiliza solventes acuosos todo a base de agua.

14.- REQ. 1080 – Partida 742

¿De qué volumen ocupa el frasco?

R= 1000 ml.

15.- Partida: 743

¿De qué volumen ocupa el frasco?

R= 500 ml.

16.- Partida: 744

¿De qué volumen ocupa el frasco?

R= 250 ml.

17.- Partida 748

¿De qué volumen / diámetro ocupa el crisol?

R= 5 cm.

18.-Partida 749

¿De qué volumen ocupa el vaso solicitado?

R= 750 ml chocomilero.

19.- Partida: 757

¿De qué volumen ocupa el frasco?

R= 1000 ml.

20.- Partida: 758

¿De qué volumen ocupa el frasco?

R= 500 ml.

21.- Partida: 759

¿De qué volumen ocupa el frasco?

R= 250 ml.

22.- Partida 761

¿De qué volumen / diámetro ocupa el crisol?

R= 5 cm

23.- Partida 762

¿De qué volumen ocupa el vaso solicitado?

R= 750 ml chocomilero.

24.- Sobre el apartado 2.2 Lugar y tiempo de entrega de los bienes, donde menciona entrega la semana del 08 al 13 de agosto. Se solicita a la convocante extienda el plazo de entrega a 45 días posteriores a la fecha del fallo, debido a que no es posible solicitar el material antes de obtener el fallo y la convocatoria no indica fecha del mismo.

R= La fecha del fallo se fija al concluir el presente acto y no se acepta su solicitud, se requiere la entrega de los bienes durante la semana del 08 al 13 de agosto de 2022.

Salvo aquellos productos que sean de importación, para los cuales se indica el plazo de 60 días contados a partir de la fecha del fallo.

25.- Partida 161 DISPENSADOR DE LÍQUIDOS BRAND

Se solicita a la convocante se mencione el volumen requerido del instrumento

R= En esta partida que corresponde a la Req. 941 no hace mención a este DISPENSADOR, sino a lo siguiente: CINTA INDICADORA DE PH 1 A 13 O 1 A 12, MARCA HYDRON.

26.- De acuerdo con las descripciones de las siguientes partidas, se solicita amablemente a al convocante que mencione el volumen requerido de los recipientes:

371 - Frascos con tapa de rosca, de boca ancha que incluya la tapa de rosca.

R= 120 ml.

→ 742 - Frasco boca ancha, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE).

R= 1000 ml.

→ 743 - Frasco boca ancha, fabricado en polietileno de baja densidad (LDPE).

R= 500 ml.

→ 744 - Frasco boca ancha ámbar, fabricado en polietileno alta densidad (HDPE) con tapa roscada de polipropileno.

R= 250 ml.

→ 749 - Vaso de acero inoxidable.

R= 750 ml chocomilero.

→ 757 - Frasco boca ancha, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE).

R= 1000 ml.

→ 758 - Frasco boca ancha, fabricado en polietileno de baja densidad (LDPE).

R= 500 ml

→ 759 - Frasco boca ancha ámbar, fabricado en polietileno alta densidad (HDPE) con tapa roscada de polipropileno.

R= 250 ml.

→ 762 - Vaso de acero inoxidable.

R= 750 ml chocomilero.

27.- Pregunta No. 4

Solicitamos a la convocante amplíe el plazo de entrega a 60 días debido a que los productos son de importación.

R= Se requiere la entrega de los bienes durante la semana del 08 al 13 de agosto de 2022. Salvo aquellos productos que sean de importación, para los cuales se indica el plazo de 60 días contados a partir de la fecha del fallo.

28.- Pregunta No. 5:

Partida 94. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Tubos de microcentrífuga con broche de presión de 1.5 ml graduado, caja con 500 piezas. Catálogo 14-666-319. Mca Fisher Scientific. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

29.- Pregunta No. 6:

Partida 96. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: EcoRI, incluye: 2x1 mL de Buffer 10X EcoRI, 1 mL de Buffer Tango 10x. Presentación 5000 unidades. Catálogo ER0271. Mca Thermo Scientific. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

30.- Pregunta No. 7:

Partida 97. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Marcador de peso molecular de 1Kb DNA GeneRuler™, presentación 5x50 µg. Marca Thermo Scientific. Catálogo SM0311. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

31.- Pregunta No. 8:

Partida 98. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Marcador de peso molecular de 1Kb DNA GeneRuler™, presentación 5x50 µg. Marca Thermo Scientific. Catálogo SM0311. ¿Acepta la propuesta?

R=Si se acepta.

32.- Pregunta No. 9

Partida 101. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Acetato de sodio anhidro. Presentación 500 g. catálogo SRB1611-500. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta por ser el producto de menor presentación?

R= Si se acepta.

33.- Pregunta No. 10:

Partida 132. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Matraz Erlenmeyer de vidrio de 250 ml de boca ancha. Presentación 1 pieza. Catálogo FB501250. Mca Fisherbrand. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

34.- Pregunta No. 11:

Partida 134. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Matraz Erlenmeyer de vidrio de 125 ml de boca ancha. Presentación 1 pieza. Catálogo FB501125. Mca Fisherbrand. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

35.- Pregunta No. 12:

Partida 156. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Papel Parafilm en rollo de 10 mm x38 m. Presentación 1 pieza. Catálogo S37440. Mca Bemis ¿Acepta la propuesta?

R= Debe de ser 100mm x38m

36.- Pregunta No. 13:

Partida 164. Solicitamos a la convocante indique el volumen de las puntas y la cantidad solicitada.

R= 5 a 10 microlitros, bolsa con 100 piezas.

Handwritten signatures and a number '7' in blue ink. There are three distinct signatures: one at the top right, one in the middle right, and one at the bottom left. The number '7' is located near the bottom left signature.

37.- Pregunta No. 14:

Partida 177. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Papel Parafilm en rollo de 10 mm x38 m. Presentación 1 pieza. Catálogo S37440. Mca Bemis ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

38.- Pregunta No. 15:

Partida 276.

A) Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Guantes de nitrilo libre de polvo talla M. Sin talco; Sin esterilizar; Desechables; Ambidiestros. Caja con 100 guantes. Catálogo 19-130-1597C. Mca. Fisherbrand. ¿Acepta la propuesta?

R= Se acepta

B) Solicitamos a la convocante indique la presentación requerida.

R= Caja con 100 guantes.

39.- Pregunta No. 16:

Partida 281.

A) Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Tubos de microcentrifuga de 2 ml. Presentación: bolsa con 1000 piezas. Catálogo 40009. Mca Norgen Biotek ¿Acepta la propuesta?

R= No se acepta.

B) Solicitamos a la convocante indique la presentación requerida

R= De 1.5 mL Tubos de microcentrifuga.

40.- Pregunta No. 17:

Partida 283.

A) Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Tubos cónicos de polipropileno estéril para centrifuga Fisherbrand™ Easy Reader™ de 50 ml con graduaciones de 5 ml, soporta hasta 15,000 g. caja con 500 tubos en paquetes de 25 tubos, empaquetado con dos rejillas de espuma de poliestireno adicionales. No. Catálogo 05-539-13. Mca. Fisher Brand. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

B) Solicitamos a la convocante indique la presentación requerida.

R= Tubos cónicos de 50 mL.

41.- Pregunta No. 18:

Partida 289. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Guantes de nitrilo libre de polvo talla M. Sin talco; Sin esterilizar; Desechables; Ambidiestros. Caja con 100 guantes. Catálogo 19-130-1597C. Mca. Fisherbrand. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

42.- Pregunta No. 19:

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a large 'X' and several scribbles.

Partida 290. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Guantes de nitrilo libre de polvo talla L. Sin talco; Sin esterilizar; Desechables; Ambidiestros. Caja con 100 guantes. Catálogo 19-130-1597D. Mca. Fisherbrand. ¿Acepta la propuesta?
R= Si se acepta.

43.- Pregunta No. 20:

Partida 311. Solicitamos a la convocante indique el número de pares de bases solicitado.
R= 1000 pb ó 1 kilo base.

44.- Pregunta No. 21:

Partida 321. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: BamHI, incluye: 4x1 mL de Buffer 10X BamHI, 1 mL de Buffer Tango 10x. Presentación 10000 unidades. Catálogo ER0055. Mca Thermo Scientific. ¿Acepta la propuesta por ser el producto de menor presentación?
R= Si se acepta.

45.- Pregunta No. 22:

Partida 322. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: XmaJI (AvrII) incluye: 1 mL de Buffer Tango 10x. Presentación 200 unidades. Catálogo ER1561. Mca Thermo Scientific. ¿Acepta la propuesta por ser el producto de menor presentación?
R= Si se acepta.

46.- Pregunta No. 23:

Partida 323. EcoRI, incluye: 4x1 mL de Buffer 10X EcoRI, 1 mL de Buffer Tango 10x. Presentación 10000 unidades. Catálogo ER0275. Mca Thermo Scientific. ¿Acepta la propuesta?
R= Si se acepta.

47.- Pregunta No. 24:

Partida 324. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: XbaI, incluye: 2X 1 mL de Buffer Tango 10x. Presentación 3000 unidades. Catálogo ER0685. Mca Thermo Scientific. ¿Acepta la propuesta?
R= Si se acepta.

48.- Pregunta No. 25:

Partida 325. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Mezcla maestra para PCR (2X), incluye: 4 x 1.25 mL agua libre de nucleasas, 4 x 1.25 mL de mezcla maestra para PCR (2X). Presentación: 200 x 50 µL reacciones. Catálogo K0171. Mca Thermo Scientific. ¿Acepta la propuesta?
R= Si, solo si el kit incluye la enzima Taq POLIMERASA.

49.- Pregunta No. 26:

Partida 326. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: dNTP Set, soluciones de 100 mM. Presentación: 4x0.25 ml. Catálogo R0181. Mca Thermo Scientific. ¿Acepta la propuesta?
R= Si se acepta.

50.- Pregunta No. 27:

Partida 331. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: EDTA disódico dihidratado. Presentación 500 g. Catálogo EB0185-500. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

51.- Pregunta No. 28:

Partida 333. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Tris. Presentación de 500 g. Catálogo TB0196-500. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

52.- Pregunta No. 29:

Partida 334. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Tinte de gel de DNA SYBR™ Safe. Presentación 400 µL. Catálogo S33102. Mca Invitrogen. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

53.- Pregunta No. 30:

Partida 335. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: RNasa A, libre de Dnasas y proteasas. Presentación: 10 mg/ml, 1 ml. Catálogo EN0531. Mca Thermo Scientific. ¿Acepta la propuesta por ser única presentación?

R= Si se acepta.

54.- Pregunta No. 31:

Partida 336. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Marcador de peso molecular de 1Kb DNA GeneRuler™, presentación 5x50 µg. Marca Thermo Scientific. Catálogo SM0311. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

55.- Pregunta No. 32:

Partida 337. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Agarosa. Presentación: 500 g. Catálogo: 28035. Mca Norgen. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

56.- Pregunta No. 33:

Partida 338. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Mezcla ultrapura de Fenol: Cloroformo: alcohol isoamilico 25:24:1 [v/v], Saturado con Tris 10Mm, pH 8.0, EDTA 1Mm. Presentación de 400 ml. Catálogo 15593049. Mca Invitrogen. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

57.- Pregunta No. 34:

Partida 339. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: T4 DNA Ligasa. Presentación 200 unidades. Catálogo EL0014. Mca Thermo Scientific. ¿Acepta la propuesta por ser el producto de menor presentación?

R= Si se acepta.

58.- Pregunta No. 35:

Partida 347. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Tubos de microcentrífuga con broche de presión de 1.5 ml graduado, caja con 500 piezas. Catálogo 14-666-319. Mca Fisher Scientific. ¿Acepta entregar 2 bolsas de 500 equivalentes a las 1000 piezas?

R= Si se acepta.

10

59.- Pregunta No. 36:

Partida 353. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Papel Parafilm en rollo. Presentación: 10 mm x76 m. Catálogo 12-374-12. Mca Bemis. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

60.- Pregunta No. 37:

Partida 368. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Punta con filtro de 0.1-10ul en rack estériles. Presentación: caja con 10 racks, c/rack con 96 puntas. Catálogo FT-215-RNSB. Mca Biobasic
¿Acepta la propuesta?

R= No se acepta.

61.- Pregunta No. 38:

Partida 369. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Punta con filtro de 2-20ul estéril. Presentación: caja con 10 racks, c/rack con 96 puntas. Catálogo FT-217-RNSB. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta?

R= No se acepta.

62.- Pregunta No. 39:

Partida 370. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Punta con filtro de 5 - 200 uL estéril. Presentación: caja con 10 racks, c/rack con 96 puntas. Catálogo FT-226-RNSB. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta?

R= No se acepta.

63.- Pregunta No. 40:

Partida 374. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Tubos de microcentrífuga de 2 ml. Presentación: bolsa con 1000 piezas. Catálogo 40009. Mca Norgen Biotek. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

64.- Pregunta No. 41:

Partida 375. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Guantes de nitrilo libre de polvo talla M. Sin talco; Sin esterilizar; Desechables; Ambidiestros. Caja con 100 guantes. Catálogo 19-130-1597C. Mca. Fisherbrand. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

65.- Pregunta No. 42:

Partida 395. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Transcriptasa Reversa RevertAid. Presentación: 10,000 Unidades. Catálogo EP0441. Mca Thermo Scientific. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

66.- Pregunta No. 43:

Partida 398. Se solicita al convocante especifique:

- Origen de la muestra de la que obtendrá RNA **R= RNA sangre humana.**
- Si requiere el uso de trizol **R= No.**
- Cantidad de muestra a usar **R= 300-500 microlitros.**
- Cantidad de RNA a obtener **R= 1 mg.**

67.- Pregunta No. 44:

Partida 399. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Buffer de lisis RBC 1X eBioscience. Presentación 200 ml. Catálogo 00-4333-57. Mca invitrogen. ¿Acepta la propuesta al ser la única presentación?

R= Si se acepta.

68.- Pregunta No. 45:

Partida 512. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Puntas azules de 100-1000ul. Presentación: bolsa con 1000 puntas. Catálogo BT222. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

69.- Pregunta No. 46:

Partida 513. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Tubos de microcentrífuga de 2 ml. Presentación: bolsa con 1000 piezas. Catálogo 40009. Mca Norgen Biotek. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

70.- Pregunta No. 47:

Partida 514. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Papel Parafilm en rollo de 10 mm x38 m. Presentación 1 pieza. Catálogo S37440. Mca Bemis. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

71.- Pregunta No. 48:

Partida 534. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Punta con filtro de 5 - 200 uL estéril. Presentación: Rack con 96 puntas. Catálogo FT-226-RNS. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

72.- Pregunta No. 49:

Partida 542. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Puntas cortas de 0.1-10ul. Presentación: bolsa con 1000 puntas. Catálogo BT215-S. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta por ser única presentación, la cual cumple con la cantidad solicitada?

R= Si se acepta.

73.- Pregunta No. 50:

Partida 543. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Puntas azules de 100-1000ul. Presentación: bolsa con 1000 puntas. Catálogo BT222. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta por ser única presentación, la cual cumple con la cantidad solicitada?

R= Si se acepta.

74.- Pregunta No. 51:

Partida 544. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Puntas amarillas de 200ul con graduación. Presentación: bolsa con 1000 puntas. Catálogo BT224-Y. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta por ser única presentación, la cual cumple con la cantidad solicitada?

R= Si se acepta.

75.- Pregunta No. 52:

Partida 545. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Tubos cónicos de polipropileno estéril para centrífuga Fisherbrand™ Easy Reader™ de 15 ml con graduaciones de 0.5 ml, soporta hasta 12,000 g. Presentación: paquetes de 500 tubos. No.

Catálogo 07-200-886-50. Mca. Fisher Brand. ¿Acepta la propuesta por ser única presentación?

R= Si se acepta.

76.- Pregunta No. 53:

Partida 546. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Tubos para centrifuga de 2 mL. Presentación: bolsa con 1000 tubos por bolsa. Catálogo: 40009. Mca Norgen Biotek. ¿Acepta la propuesta por ser única presentación, la cual cumple con la cantidad solicitada??

R= Si se acepta.

77.- Pregunta No. 54:

Partida 547. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Tubos cónicos de polipropileno estéril para centrifuga Fisherbrand™ Easy Reader™ de 50 ml con graduaciones de 5 ml, soporta hasta 15,000 g. Presentación, caja con 500 tubos en paquetes de 25 tubos, empaquetado con dos rejillas de espuma de poliestireno adicionales. No. Catálogo 05-539-13. Mca. Fisher Brand. ¿Acepta la propuesta por ser única presentación?

R= Si se acepta.

78.- Pregunta No. 55:

Partida 577. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: IPTG, libre de dioxano, > 99%. Presentación: 5 g. Catálogo: R0392. Mca Thermo Scientific. ¿Acepta la propuesta al ser la menor presentación?

R= Si se acepta.

79.- Pregunta No. 56:

Partida 578. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Lisozima, actividad: $\geq 20,000$ unidades/mg protein. Presentación: 1 g. Catálogo LDB0308-1. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

80.- Pregunta No. 57:

Partida 584. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: TEMED ultra puro. Presentación: 30 ml. Catálogo: 15524010. Mca Invitrogen. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

81.- Pregunta No. 58:

Partida 625. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Tris. Presentación de 500 g. Catálogo TB0196-500. Mca Biobasic ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

82.- Pregunta No. 59:

Partida 660. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Guantes de nitrilo libre de polvo talla S. Sin talco; Sin esterilizar; Desechables; Ambidiestros. Caja con 100 guantes. Catálogo 19-130-1597B. Mca. Fisherbrand. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

83.- Pregunta No. 60:

Partida 661. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Guantes de nitrilo libre de polvo talla S. Sin talco; Sin esterilizar; Desechables; Ambidiestros. Caja con 100 guantes. Catálogo 19-130-1597B. Mca. Fisherbrand. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

84.- Pregunta No. 61 :

Partida 662. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Guantes de nitrilo libre de polvo talla L. Sin talco; Sin esterilizar; Desechables; Ambidiestros. Caja con 100 guantes. Catálogo 19-130-1597D. Mca. Fisherbrand. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

85.- Pregunta No. 62:

Partida 729. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Guantes de nitrilo libre de polvo talla M. Sin talco; Sin esterilizar; Desechables; Ambidiestros. Caja con 100 guantes. Catálogo 19-130-1597C. Mca. Fisherbrand. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

86.- Pregunta No. 65:

Partida 397. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Taq DNA Polimerasa recombinante. Presentación: 500 unidades. Catálogo: EP0402. Mca Thermo Scientific. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

87.- Pregunta No. 66:

Partida 90.

A) Solicitamos a la convocante la revisión del producto: kit Quick-DNA Miniprep Plus. Presentación de 50 preparaciones. Catálogo D4068. Mca Zymo Research. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

B) Solicitamos nos permitan entregar 2 cajas cada una de 50 preparaciones para cumplir con la cantidad de preparaciones solicitadas. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

88.- Pregunta No. 67:

Partida 285.

A) Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Punta con filtro de 5 - 200 uL estéril. Presentación: caja con 10 racks, c/rack con 96 puntas. Catálogo FT-226-RNSB. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta?

R= No, el filtro no se necesita.

B) solicitamos indique la cantidad de puntas requeridas?

R= Bolsa de 1000 pzas.

89.- Pregunta No. 68:

Partida 286. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Punta con filtro de 100-1000ul estéril. Presentación: caja con 10 racks, cada rack con 100 puntas. Catálogo FT-226-RNS. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

90.- Pregunta No. 69:

Partida 287. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Puntas cortas de 0.1-10ul. Presentación: bolsa con 1000 puntas. Catálogo BT215-S. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

91.- Pregunta No. 70:

Partida 288. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Guantes de nitrilo libre de polvo talla S. Sin talco; Sin esterilizar; Desechables; Ambidiestros. Caja con 100 guantes. Catálogo 19-130-1597B. Mca. Fisherbrand. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

92.- Pregunta No. 71:

Partida 295. Solicitamos a la convocante indique el volumen del matraz Erlenmeyer solicitado

R= 1 Litro.

93.- Pregunta No. 72:

Partida 561. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Matraz Erlenmeyer de vidrio de 125 ml de boca ancha. Presentación 1 pieza. Catálogo FB501125. Mca Fisherbrand. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

94.- Pregunta No. 73:

Partida 563. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Matraz Erlenmeyer de vidrio de 250 ml de boca ancha. Presentación 1 pieza. Catálogo FB501250. Mca Fisherbrand. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

95.- Pregunta No. 74:

Partida 633. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Dodecil Sulfato de Sodio. Presentación de 500g, Catálogo SB0485-500. Mca Biobasic. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

96.- Pregunta No. 75:

Partida 703. Solicitamos a la convocante indique si la presentación es 2 x 250 μ L, el catálogo de referencia tiene una presentación de 10 x 250 μ L

R= Del estándar de proteínas requerimos la presentación más pequeña que esté disponible, si es la de 10 x 250 μ L está bien, pero de preferencia la de 2 x 250 μ L

97.- Pregunta No. 76:

Partida 717. Solicitamos a la convocante la revisión del producto: Matraz Erlenmeyer de vidrio de 125 ml de boca ancha. Presentación 10 pieza. Catálogo FB501125. Mca Fisherbrand. ¿Acepta la propuesta?

R= Si se acepta.

98.- Punto 2.2 Lugar y Tiempo de Entrega. Debido a los desafíos que actualmente se presentan relacionados a escasez de materia prima y retraso en el tiempo de fabricación de varios de nuestros representados ¿podrían extender el tiempo de entrega 30 días más a lo señalado?

R= Se requiere la entrega de los bienes durante la semana del 08 al 13 de agosto de 2022. Salvo aquellos productos que sean de importación, para los cuales se indica el plazo de 60 días contados a partir de la fecha del fallo.

99.- Partida 671 Dispensador de líquidos, me puede indicar el volumen que requieren y qué tipo de soluciones van a dispensar, ¿Lo requieren manual o digital?

R= 1 litro, utiliza solventes acuosos todo a base de agua, se requiere manual.

100.- Partida 962 Papel filtro whatman número 2, ¿Cuál es diámetro requerido?

R= El anexo concluye hasta la partida no. 762 de la REQ. No. 1080.

101.- Partida 955 Puntas para micropipeta rack con 96 puntas, requieren con filtro, ¿Cuántos racks requieren en total?

R= El anexo concluye hasta la partida no. 762 de la REQ. No. 1080.

102.- Partida 944 Frasco para bureta, me pueden indicar el modelo y marca de su bureta, ¿De qué capacidad requieren el frasco?

R= El anexo concluye hasta la partida no. 762 de la REQ. No. 1080

Siendo las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, se da por terminada la presente sesión, firmando al calce los que en ella intervinieron.

C.P.C Y LIC. MA. DEL CARMEN ARANDA MANTECA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



M.A. PEDRO JURADO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES



LIC. OMAR LEOPOLDO GUAJARDO MENCHACA
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA
GENERAL



MTRO. GERARDO CASTAÑÓN NIETO
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
GENERAL



LIC. ANA LUISA PATRICIA MONCADA GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LEGALIDAD